



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás  
(hirdetménnyel induló) - EKR000746502023

### E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **ESWL egészségügyi szolgáltatás**

Ajánlatkérő neve: **Budapesti Uzsoki Utcai Kórház**

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház	Nemzeti azonosítószám	15492674242				
Postai cím:	Uzsoki Utca 29-41.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1145	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Ficzere	Andrea				
E-mail:	kozbeszerzes@uzsoki.hu	Telefon:	+361 4673744	Fax:	+36 12506770		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.uzsoki.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.uzsoki.hu						

  

<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							
Hivatalos név:	TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság			Nemzeti azonosítószám	23000946242		
Postai cím:	Teréz Körút 19. III/32 28869/0/A/37						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1067	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kerek	Éva	Gabriella			
E-mail:	kozbeszerzes@tricsok.hu	Telefon:	+36 13542760	Fax:	+36 13542768		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.tricsok.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.tricsok.hu						

## II.szakasz: Tárgy

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya**

ESWL egészségügyi szolgáltatás

#### II.2) A beszerzés mennyisége

**II.2.1) A közbeszerzés mennyisége**

I.  
Kezelések: Urológiai (vese és húgyúti kövek) ESWL kezelése.  
Urológiai kövek ESWL kezelése:  
Alapmennyiség: 800 db kezelés/24 hónap  
(400 db/év kezelés)  
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) 2 évi 800 kezelést (urológiai - vesese és húgyúti kövek -kőzúrást) kell elvégeznie, heti egy alkalommal.  
A berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szakma szabályainak és az érvényben lévő irányelveknek megfelelően végzi és ezért orvosi felelősséget vállal.

Üzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a szolgáltató által biztosított, bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező technikus hajtja végre.  
A helyiség illetékes hatóságok (ÁNTSZ (Nemzeti Népegészségügyi Központ), OAH) általi engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedélyeket beszerzi.  
A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges berendezés folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotban történő leszállításáról gondoskodik.  
A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.  
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt szükségessé válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor, ez esetben előzetes igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítja a berendezést és annak kezelőszemélyzetét.  
Kezelőszemélyzet szállítási és üzembe helyezési feladata:  
- a berendezés szállítása,  
- a berendezésnek az intézmény helyiségeiben történő elhelyezése,  
- a berendezés üzembe helyezése a Megrendelőnél,  
- a berendezés leszerelése és elszállítása kezelést követően

## IV. szakasz: Eljárás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

**IV.1.2) Az eljárás fajtája** Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

#### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:17931/2023

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

# V.szakasz: Az eljárás eredménye

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:1

Az eljárás eredményes volt:Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma:2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 88/A I. em. 3.	25406269143

Nettó ajánlati átalányár [nettó Ft/kezelés]: nettó 140 000,-Ft

A fenti ajánlattevő az alkalmasságát a felhívásban előírtaknak mindenben megfelelően igazolta.  
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, az Ultrahangvezérelt Vese-Epekőzúzás Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő alkalmasságának igazolására szolgáló, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak mindenben megfelelő igazolásokat ajánlatában benyújtotta.

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlattevő neve:A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt.

Szöveges értékelés:

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

**V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)**

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 88 25406269143 /A I.em. 3.

Nettó ajánlati átalányár [nettó Ft/kezelés]: nettó 140 000,-Ft

Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, a Ultrahangvezérelt Vese-Epekőzúzás Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlata minősül a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

ESWL berendezések biztosítása és karbantartása

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Urológiai Eszkőértékesítő és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:14376876217;HÉA Európai Unió Adószám: HU14376876;Ország:Magyarország;Írányítószám:7030;Város:Paks;Utca és házszám:Dr. Novák Sándor Utca 6)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1024 Budapest, Buday László Utca 12. 2. emelet	14021789241

Érvénytelenítés jogcíme:

- Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenség indoka 1.:

Ajánlattevő ajánlatában „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolta a Tenderlapot.

Ajánlattevő az ajánlatába csatolt Tenderlapon nem tüntette fel a megajánlott készülék gyártóját és típusát valamint a készülék vonatkozásában a ajánlattevő ajánlatában gyártói dokumentációt sem csatolt, így az ajánlatból nem állapítható meg, hogy ajánlattevő milyen készüléket ajánlott meg.

A készülék vonatkozásában a gyártó és típus megjelölés hiánya nem hiánypótolható hiányosság a Kbt. 71.§ (8) bekezdése alapján, mert a megajánlott készülék gyártójának és típusának hiánya jelentős hiány.

Fentiekre tekintettel a Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel az nem felel meg a felhívás VI.3.9) 1. hb) pontjában és az Ajánlatkérő az

Útmutató X. fejezet 6)-os pontja alatti táblázat 14. sorában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő az ajánlatába csatolt Tenderlapon nem tüntette fel a megajánlott készülék gyártóját és típusát valamint a készülék vonatkozásában az ajánlattevő ajánlatában gyártói dokumentációt sem csatolt, így nem állapítható meg, hogy ajánlattevő milyen készüléket ajánlott meg.

Érvénytelenség indoka 2.:

Ajánlattevő ajánlatában „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolta a Tenderlapot.

Ajánlatkérő a Tenderlap 2. oldalának a készülékre vonatkozó elvárások 3. sorában („1.5. Nyilatkozatminták - Uzsoki - Vesekőzúzás - 230830”) a következő kötelezően teljesítendő paramétert írta elő:

„EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a lökeshullámok leadására.”

Ajánlattevő által az ajánlatába „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolt Tenderlap vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy:

- Ajánlattevő a Tenderlapon úgy nyilatkozott, hogy a megajánlott készülék NEM alkalmas az alábbiakra:

„EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a lökeshullámok leadására”

Ajánlatkérő a megajánlott készülék vonatkozásában megállapította, hogy az nem felel meg a Tenderlapon meghatározott kötelezően teljesítendő követelményeknek, azaz a megajánlott készülék nem alkalmas az alábbiakra:

„EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a lökeshullámok leadására”

Fentiekre tekintettel a Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő által megajánlott készülék nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak az alábbiak szerint.

Az ajánlattevő által megajánlott berendezés alábbi műszaki paramétere nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező a Tenderlap 2. oldalának 3. sorában meghatározott kötelezően teljesítendő paraméternek, azaz annak, hogy a megajánlott készülék

„EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a lökeshullámok leadására”.

Az Ajánlattevő által megajánlott készülék ajánlattevő nyilatkozata alapján nem alkalmas EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a lökeshullámok leadására.

Érvénytelenség indoka 3.:

Ajánlattevő ajánlatában „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolta a Tenderlapot.

Ajánlatkérő a Tenderlap 3. oldalának az adattároló rendszerre vonatkozó elvárások 4. sorában („1.5. Nyilatkozatminták - Uzsoki - Vesekőzúzás - 230830”) a következő kötelezően teljesítendő paramétert írta elő:

„EKG vezérlés alkalmazása.”

Ajánlattevő által az ajánlatába „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolt Tenderlap vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy:

- Ajánlattevő a Tenderlapon úgy nyilatkozott, hogy a megajánlott készülék NEM alkalmas EKG vezérlés alkalmazására.

Ajánlatkérő a megajánlott készülék vonatkozásában megállapította, hogy az nem felel meg a Tenderlapon meghatározott kötelezően teljesítendő követelményeknek, azaz a megajánlott készülék nem alkalmas EKG vezérlés alkalmazására.

Fentiekre tekintettel a Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő által megajánlott készülék nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak az alábbiak szerint.

Az ajánlattevő által megajánlott berendezés alábbi műszaki paramétere nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező a Tenderlap 3 oldalának 4. sorában meghatározott kötelezően teljesítendő paraméternek, azaz annak, hogy a megajánlott készülék

„EKG vezérlés alkalmazása”.

Az Ajánlattevő által megajánlott készülék ajánlattevő nyilatkozata alapján nem alkalmas EKG vezérlés alkalmazására.

Érvénytelenség indoka 4.:

Ajánlattevő ajánlatában „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolta a Tenderlapot.

Ajánlatkérő a Tenderlap 4. oldalának a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szakmai követelmények 5. sorában („1.5. Nyilatkozatminták - Uzsoki - Vesekőzúzás - 230830”) a következő kötelezően teljesítendő paramétert írta elő:

„A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.”

Ajánlattevő által az ajánlatába „4. számú melléklet” elnevezésű dokumentumként csatolt Tenderlap vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy:

- Ajánlattevő a Tenderlapon úgy nyilatkozott, hogy:

Előírt paraméterek (Minimum műszaki előírás):

A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti

Teljesített (megajánlott) paraméterek:

NEM

*** Folytatás a VI.1.10) I. pontban.
V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

# VI.szakasz: Kiegészítő információk

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama			
Kezdetre:	2023.10.12	Lejárata:	2023.10.24
Moratóriummal kapcsolatos további információk:			
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:		2023.10.10	
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:		2023.10.12	
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:			
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:			
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:			
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:			
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:			
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:			
VI.1.10) További információk:			
I. A V.2.12) pont folytatása:			
Ajánlatkérő a megajánlott műszaki tartalom vonatkozásában megállapította, hogy az nem felel meg a Tenderlapon meghatározott kötelezően teljesítendő követelményeknek, azaz ajánlattevő nem vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtása során biztosítja az alábbiakat: „A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.” Fentiekre tekintettel a Futurmed Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő által megajánlott készülék nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak az alábbiak szerint. Az ajánlattevő által megajánlott berendezés alábbi műszaki paramétere nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező a Tenderlap 4. oldalának a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szakmai követelmények 5. sorában meghatározott kötelezően teljesítendő paraméternek, azaz annak, hogy „A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.”.			
Az Ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalom ajánlattevő nyilatkozata alapján nem felel meg a Tenderlap 4. oldalának a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szakmai követelmények 5. sorában meghatározott kötelezően teljesítendő paraméternek.			