



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001384352024

E60 - Szerződés kötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **Lineáris gyorsítók karbantartása**
tárgya:

Ajánlatkérő **Budapesti Uzsoki Utcai Kórház**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház	Nemzeti azonosítószám	15492674242				
Postai cím:	Uzsoki Utca 29-41.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1145	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Ficzere	Andrea				
E-mail:	kozbeszerzes@uzsoki.hu	Telefon:	+36 14673744	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.uzsoki.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	26698180241				
Postai cím:	Váci Út 37.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1134	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dani	Sándor					
E-mail:	dani.sandor@dkuzrt.hu	Telefon:	+36 301190164	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.dkuzrt.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Lineáris gyorsítók karbantartása

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Az Ajánlatkérő a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai osztályán üzemelő alábbiakban megnevezett lineáris gyorsító készülékek, valamint brachyterápiás készülék javítását és karbantartását, valamint alkatrészellátását írja elő az alábbiak szerint:

-

Varian gyártmányú, True Beam típusú, H193897 gyártási számú, többfotonos lineáris gyorsító (gyártási év: 2019., üzembe helyezés: 2019. március 27.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, Halcyon típusú, Hal1268 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2020., üzembe helyezés: 2020.június 23.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, ClinacUnique típusú, H182091 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2015. július 02.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, Clinac iX típusú, H295765 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2015. július 02.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, ARIA/ECLIPSE, HIT5775 gyártási számú, tervező és kezelés követő rendszer karbantartás és hibajavítás teljeskörű alkatrészellátással

-

Varian gyártmányú, GammaMed Plus iX típusú , H640864 gyártási számú, brachyterápiás készülék (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2013. december 16.).

További részletek a műszaki leírásban.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:

Lineáris gyorsítók és brachyterápiás berendezések

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU110 Budapest

Irányítószám:

1145

Település:

Budapest

Községi terület neve:

Uzsoki

Községi terület jellege:

utca

Házszám:

29-41

Helyrajzi szám:

További információk

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Az Ajánlatkérő a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai osztályán üzemelő alábbiakban megnevezett lineáris gyorsító készülékek javítását és karbantartását írja elő alábbiak szerint:

-

Varian gyártmányú, True Beam típusú, H193897 gyártási számú, többfotonos lineáris gyorsító (gyártási év: 2019., üzembe helyezés: 2019. március 27.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, Halcyon típusú, Hal1268 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2020., üzembe helyezés: 2020.június 23.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

-

Varian gyártmányú, ClinacUnique típusú, H182091 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2015.

EKR001384352024

július 02.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

- Varian gyártmányú, Clinac iX típusú, H295765 gyártási számú, lineáris gyorsító (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2015. július 02.), vákuumtechnikai alkatrész csere: nem történt

- Varian gyártmányú, ARIA/ECLIPSE, HIT5775 gyártási számú, tervező és kezelés követő rendszer karbantartás és hibajavítás teljeskörű alkatrészellátással

- Varian gyártmányú, GammaMed Plus iX típusú , H640864 gyártási számú, brachyterápiás készülék (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2013. december 16.).

1.a. Karbantartás hibajavítására, a teljes körű alkatrészellátással esetén elvégzendő feladatok:

A szolgáltatás kiterjed a - Varian gyártmányú, True Beam típusú, H193897 gyártási számú, többfotonos lineáris gyorsító és a - Varian gyártmányú, Halcyon típusú, Hal1268 gyártási számú, lineáris gyorsító berendezések karbantartására, hibajavítására, a teljes körű alkatrészellátással és a vákuum technikai alkatrészekkel együtt, melyek ellenértékét az ajánlatban írt átalánydíj tartalmazza.

1.b. Karbantartás hibajavítására, a korlátozott alkatrészellátással esetén elvégzendő feladatok:

A Varian gyártmányú, ClinacUnique típusú, H182091 gyártási számú, lineáris gyorsító és a Varian gyártmányú, Clinac iX típusú, H295765 gyártási számú, lineáris gyorsító berendezések karbantartására, hibajavítására, korlátozott alkatrészellátással és a vákuum technikai alkatrészekkel együtt, melyek ellenértékét az ajánlatban írt átalánydíj tartalmazza.

A korlátozott alkatrészellátás annyiban tér el a teljes alkatrészellátástól , hogy a szoftver és a hardver jellemzőinek vagy funkcionalitásának frissítései, fejlesztései nem lesznek a továbbiakban elérhetőek ezért nem lesz biztosított a kompatibilitás vagy az interoperabilitás bármely onkológiai információs rendszerrel és/vagy kezeléstervező szoftverrel. Ajánlattevő szerviz mérnökei munkanapokon reggel 8-tól este 17-ig telefonos és/vagy írásbeli terméktámogatást biztosítanak Megrendelő üzemeltetést biztosító munkatársai részére. A telefonos terméktámogatás kiterjed a jelen szerződés hatálya alá vont eszközökkel kapcsolatos technikai, technológiai ismeretekre, üzemeltetési feladatokra vonatkozó kérdésekre, az Ajánlatkérő üzemeltető személyzete által elvégzendő karbantartási, illetve egyszerűbb hibaelhárítási feladatokra.

Ajánlattevő szerviz mérnökei a jelen szerződés keretében a Megrendelő rendelkezésére álló távfelügyeleti eszközökkel biztosított VPN kapcsolaton keresztül elvégzik a gyártó által előírtak szerint az üzemszerű működéshez szükséges szoftverek bejelentett hibáinak feltárását és/vagy hibaelhárítását.

Ajánlattevő szerviz mérnökei helyszíni kiszállás keretében elvégzik gyártó által előírtak szerint az üzemszerű működéshez szükséges javításokat, amelyek a távfelügyeleti eszközökkel nem megoldhatóak. Ennek keretében Ajánlattevő gondoskodik a meghibásodott alkatrészek szükség szerinti javításáról és/vagy cseréjéről is, melynek költsége Ajánlattevőt terheli, beleértve az alábbiakat is: Bármilyen vákuumtechnikai elem meghibásodásával vagy kopásával összefüggő csere vagy javítási igények, ideértve a vákuumtechnikai elem cseréjéhez szükséges alkatrészeket, modulokat is. Ajánlattevő jelen szerződés keretében elvégzi a gyártói utasítás szerinti megelőző karbantartásokat, Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Ajánlattevő meghibásodás esetén a javítást a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles megkezdeni munkanapokon, és a lehető legrövidebb idő alatt befejezi.

Az Ajánlatkérő a Budapesti Uzsoki Utcai kórház Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza Onkoterápiás osztályán üzemelő, alábbiakban megnevezett készülék javítását és gyártói előírásoknak megfelelő karbantartását írja elő teljes alkatrészellátással:

- Varian gyártmányú, ARIA/ECLIPSE, HIT5775 gyártási számú, tervező és kezelés követő rendszer (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2013. szeptember 5.).
- Varian gyártmányú, GammaMed Plus iX típusú, H640864 gyártási számú, brachyterápiás készülék (gyártási év: 2013., üzembe helyezés: 2013. december 16.).

Az elvégzendő feladatokat részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került Igen

Előzetes piaci konzultáció EKR azonosítója EKR001154962024

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik Rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 635025-2024

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2024/204

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

Varian Medical Systems Hungary Kft., Magyarország 1124 Budapest, Csörsz Utca 45	23567818243
Összesített nettó ajánlati ár (Ft/24 hónap): 355 446 000,- Ft	
A benyújtott ajánlat teljeskörűen megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt.-ben előírtaknak.	
A benyújtott igazolások alapján a Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest Csörsz Utca 45.) kizáró okok hatálya alatt nem áll, az előírt korábbi teljesítésekre és szakemberállományra vonatkozó alkalmassági követelményeknek megfelel.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
----------------------	--

Varian Medical Systems Hungary Kft.	
Szöveges értékelés:	Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékelte

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:	
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékelte	

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
Varian Medical Systems Hungary Kft., Magyarország 1124 Budapest, Csörsz Utca 45	23567818243
Összesített nettó ajánlati ár (Ft/24 hónap): 355 446 000,- Ft	
A benyújtott ajánlat teljeskörűen megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt.-ben előírtaknak. A benyújtott igazolások alapján a Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest Csörsz Utca 45.) kizáró okok hatálya alatt nem áll, az előírt korábbi teljesítésekre és szakemberállományra vonatkozó alkalmassági követelményeknek megfelel.	
A benyújtott ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás a megemelt fedezet összegére (nettó 355 446 000,- Ft) tekintettel megfelelő.	
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	Nem
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:	

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők	
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium nem alkalmazandó.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2024.11.26

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2024.11.26

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: